

Zusicherung spezieller Eigenschaften

Zusicherung: C1812/00

Auftraggeber: **KRANICHconcept GmbH**
Reinbeker Weg 48

DE 21465 Wentdorf bei Hamburg

**Materialnummer/
Materialbezeichnung:** **skai® Parotega NF / F6461xxx**

Nach Prüfung in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-1 sind die o.g. Materialien für folgende Desinfektionsmittel geeignet:

Desinfektionsmittel	Hersteller
Incidin Plus	Ecolab GmbH
Descogen Liquid r.f.u	Antiseptica
Biguacid S 2 %	Antiseptica
Terralin protect 2 % ig	Schülke & Mayr GmbH
Mikrozid universal liquid (unverdünnt)	Schülke & Mayr GmbH
Ultrasol active 1% ig	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial wipes	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR wipes RTU	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes	Dr. Schumacher GmbH

Die Zusammensetzung der Desinfektionsmittel entspricht dem Stand 2017. Für etwaige Änderungen an der Formulierung der Desinfektionsmittel durch die Hersteller kann seitens der Benecke Hornschuch Surface Group keine Gewähr übernommen werden.

Die in Desinfektionsmitteln zusätzlich enthaltenen Substanzen können zu einer Materialschädigung führen, so dass andere als die oben angegebenen Desinfektionsmittel jeweils individuell getestet werden müssen.

Weißbach, den 12. Juni 2018

i. A.



Monika Becker
Quality Manager



i. A.



Brian Coyle
Assistant Quality Management